

治験薬温度管理記録

2022年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
1/1										2/1	8:30	7.4	2.9	21.1	20.1	25.3	23.2	✓	M.M
1/2										2/2	8:30	7.7	3.1	21.1	20.2	25.6	23.7	✓	M.M
1/3										2/3	8:35	7.3	2.8	21.1	20.2	25.8	24.3	✓	M.M
1/4	8:30	7.5	2.5	21.1	20.1	26.1	23.5	✓	Y.M	2/4	8:30	7.2	2.9	21.1	20.2	25.4	23.6	✓	M.M
1/5	8:26	7.5	3.0	21.0	20.2	24.8	23.1	✓	Y.M	2/5									
1/6	8:28	7.4	2.7	21.0	20.2	24.7	23.4	✓	Y.M	2/6									
1/7	8:41	7.4	2.6	21.1	20.2	25.2	23.3	✓	Y.M	2/7	8:32	7.2	2.9	21.1	20.2	25.4	23.6	✓	M.M
1/8										2/8	11:44	7.1	2.8	21.1	20.2	25.7	24.4	✓	N.K
1/9										2/9	8:31	7.2	2.9	21.1	20.2	25.7	23.9	✓	N.K
1/10										2/10	8:40	7.2	3.0	21.1	20.2	25.4	23.8	✓	M.M
1/11	8:30	7.6	3.2	21.2	20.1	25.4	23.7	✓	Y.M	2/11									
1/12	8:34	7.4	3.3	21.2	20.3	25.6	24.2	✓	Y.M	2/12									
1/13	8:28	7.5	3.3	21.1	20.1	25.5	24.0	✓	Y.M	2/13									
1/14	8:29	7.4	3.4	21.1	20.2	25.6	24.0	✓	Y.M	2/14	8:30	7.4	2.7	21.1	20.2	25.8	23.3	✓	M.M
1/15										2/15	8:31	7.2	2.6	21.1	20.2	25.8	24.2	✓	M.M
1/16										2/16	8:00	7.2	2.9	21.1	20.2	25.3	23.7	✓	M.M
1/17	8:32	7.5	3.1	21.0	20.1	25.3	23.0	✓	Y.M	2/17	8:31	7.3	2.8	21.2	20.2	25.7	24.5	✓	M.M
1/18	8:30	7.5	3.1	21.0	20.0	24.9	23.6	✓	Y.M	2/18	8:33	7.3	3.1	21.2	20.2	26.7	24.9	✓	M.M
1/19	8:30	7.5	3.4	21.0	20.1	25.3	23.8	✓	Y.M	2/19									
1/20	8:29	7.6	3.3	21.0	20.1	25.2	23.1	✓	Y.M	2/20									
1/21	8:32	7.5	3.0	21.1	20.1	24.8	23.2	✓	Y.M	2/21	8:31	7.4	3.0	21.2	20.1	26.8	23.4	✓	M.M
1/22										2/22	12:10	7.7	2.9	21.2	20.2	26.4	23.7	✓	M.M
1/23										2/23									
1/24	8:28	7.6	3.1	21.0	20.1	25.0	23.2	✓	Y.M	2/24	8:31	7.8	3.1	21.2	20.2	25.5	23.6	✓	M.M
1/25	8:29	7.3	3.0	21.1	20.1	25.6	24.3	✓	Y.M	2/25	8:33	7.8	3.1	21.2	20.3	25.6	23.5	✓	M.M
1/26	8:30	7.3	2.6	21.0	20.1	25.5	23.6	✓	Y.M	2/26									
1/27	8:30	7.4	3.3	21.1	20.1	25.6	24.2	✓	Y.M	2/27									
1/28	8:28	7.4	3.1	21.1	20.1	25.5	23.4	✓	Y.M	2/28	8:30	7.4	2.7	21.2	20.2	25.4	23.4	✓	M.M
1/29																			
1/30																			
1/31	8:30	7.4	2.8	21.0	20.1	25.0	23.1	✓	Y.M										

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

低温インキュベーター:00504706

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無		確認者	記録日	確認時刻	異常の有無		確認者
		冷蔵庫	(無) 有				冷蔵庫	(無) 有	
1/4	8:32	冷蔵庫	(無) 有	Y.M	2/1	8:32	冷蔵庫	(無) 有	M.M
	8:34	低温インキュベーター	(無) 有			8:35	低温インキュベーター	(無) 有	