

# 治験薬温度管理記録

2022年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
3/1	8:45	7.1	3.3	21.2	20.2	25.5	23.9	✓	N.K	4/1	8:30	7.3	3.6	21.1	20.2	26.2	24.4	✓	M.M
3/2	8:30	6.9	2.8	21.2	20.2	25.8	24.2	✓	N.K	4/2									
3/3	8:32	7.0	3.0	21.2	20.2	26.0	24.2	✓	M.M	4/3									
3/4	8:35	7.0	3.1	21.2	20.2	25.9	24.4	✓	N.K	4/4	8:31	7.4	3.3	21.1	20.2	25.4	23.6	✓	M.M
3/5										4/5	8:26	7.3	3.5	21.1	20.2	26.1	24.3	✓	M.M
3/6										4/6	8:29	7.3	3.4	21.1	20.2	26.3	24.3	✓	M.M
3/7	8:29	7.1	3.1	21.2	20.2	26.1	23.7	✓	N.K	4/7	8:40	7.3	3.5	21.1	20.1	26.4	23.8	✓	M.M
3/8	8:27	7.1	2.6	21.2	20.3	25.9	24.2	✓	N.K	4/8	8:31	7.3	3.5	21.0	20.1	25.3	23.8	✓	M.M
3/9	8:31	7.1	3.2	21.2	20.2	26.3	24.6	✓	M.M	4/9									
3/10	8:32	7.1	3.2	21.2	20.2	26.1	23.9	✓	N.K	4/10									
3/11	8:28	7.1	2.7	21.2	20.2	26.2	24.5	✓	N.K	4/11	8:33	7.3	3.3	21.0	20.1	25.0	23.6	✓	M.M
3/12										4/12	8:36	7.2	3.1	21.0	20.1	25.4	24.1	✓	M.M
3/13										4/13	9:03	7.2	3.6	21.0	20.1	25.7	23.9	✓	N.K
3/14	8:38	7.2	2.8	21.2	20.2	26.5	23.7	✓	N.K	4/14	8:36	7.2	3.3	21.0	20.1	25.3	23.9	✓	N.K
3/15	8:31	7.0	3.3	21.2	20.2	26.2	24.5	✓	N.K	4/15	8:35	7.2	3.9	21.0	20.1	25.1	23.9	✓	M.M
3/16	8:39	7.0	3.3	21.2	20.2	25.3	23.7	✓	N.K	4/16									
3/17	8:34	7.1	3.3	21.2	20.2	26.2	23.9	✓	N.K	4/17									
3/18	8:42	7.0	3.4	21.2	20.3	25.6	23.7	✓	N.K	4/18	8:35	7.4	3.4	21.0	20.1	25.8	23.8	✓	M.M
3/19										4/19	8:39	7.2	3.3	21.0	20.0	25.0	24.0	✓	M.M
3/20										4/20	8:31	7.3	3.5	21.1	20.0	25.4	23.9	✓	M.M
3/21										4/21	8:31	7.6	3.4	21.1	20.1	25.4	24.3	✓	M.M
3/22	8:33	7.3	3.1	21.1	20.3	25.1	23.6	✓	N.K	4/22	8:32	7.2	3.5	21.0	20.1	25.6	23.8	✓	M.M
3/23	8:36	7.2	3.1	21.1	20.3	25.1	23.9	✓	N.K	4/23									
3/24	8:35	7.2	3.5	21.1	20.3	25.0	23.8	✓	M.M	4/24									
3/25	8:34	7.3	3.6	21.1	20.3	25.0	23.9	✓	N.K	4/25	8:31	7.3	3.1	21.0	20.1	25.3	23.1	✓	M.M
3/26										4/26	8:28	7.3	3.2	21.1	20.0	26.3	23.6	✓	M.M
3/27										4/27	8:31	7.1	3.0	21.1	20.0	25.3	24.2	✓	M.M
3/28	8:31	7.3	2.9	21.1	20.1	25.1	23.6	✓	N.K	4/28	8:31	7.3	3.5	21.0	20.0	25.7	23.9	✓	M.M
3/29	8:34	7.3	3.7	21.1	20.2	25.7	24.3	✓	N.K	4/29									
3/30	8:35	7.3	3.3	21.1	20.2	26.3	24.6	✓	M.M	4/30									
3/31	8:50	7.2	3.4	21.1	20.1	26.4	23.9	✓	N.K										

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707  
低温インキュベーター:00504706

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

\* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

\* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

## 治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041  
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無		確認者	記録日	確認時刻	異常の有無		確認者
		冷蔵庫	低温インキュベーター				冷蔵庫	低温インキュベーター	
3/2	8:31	(無)	(有)	N.K	4/1	13:32	(無)	(有)	M.M
	8:33	(無)	(有)			13:33	(無)	(有)	