

治験薬温度管理記録

2022年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低			最高
5/1										6/1	8:32	7.8	2.7	21.1	20.0	25.9	24.1	✓	M.M	
5/2	8:40	7.4	2.8	21.1	20.1	26.5	23.8	✓	N.K.	6/2	8:28	7.0	2.5	21.1	20.0	25.1	23.4	✓	M.M	
5/3										6/3	8:32	7.1	2.6	21.1	20.1	25.6	23.1	✓	M.M	
5/4										6/4										
5/5										6/5										
5/6	8:36	7.4	3.2	21.1	20.1	26.2	23.5	✓	N.K.	6/6	8:34	7.5	2.1	21.1	20.1	25.6	22.9	✓	M.M	
5/7										6/7	8:45	7.2	2.2	21.1	20.0	25.5	23.5	✓	M.M	
5/8										6/8	8:30	7.2	2.6	21.1	20.0	25.2	23.4	✓	M.M	
5/9	8:45	7.7	2.6	21.1	20.1	26.6	23.8	✓	N.K.	6/9	8:32	7.3	2.4	21.1	20.0	25.5	23.5	✓	M.M	
5/10	8:32	7.6	2.8	21.1	20.1	26.4	24.9	✓	N.K.	6/10	8:35	7.2	2.7	21.1	20.1	25.9	24.1	✓	M.M	
5/11	8:40	7.8	2.4	21.1	20.1	26.3	24.8	✓	N.K.	6/11										
5/12	8:20	7.6	2.8	21.1	20.1	26.1	23.3	✓	N.K.	6/12										
5/13	8:31	7.8	2.0	21.1	20.0	25.4	23.1	✓	N.K.	6/13	8:31	7.6	3.0	21.1	20.0	26.4	23.7	✓	M.M	
5/14										6/14	8:30	6.9	3.2	21.1	20.1	25.8	24.2	✓	M.M	
5/15										6/15	8:27	6.9	2.9	21.0	20.0	25.6	23.8	✓	M.M	
5/16	8:42	7.7	2.3	21.1	20.0	25.2	22.3	✓	N.K.	6/16	8:34	6.9	3.0	21.0	20.1	25.6	23.2	✓	M.M	
5/17	8:47	7.7	2.4	21.1	20.0	25.6	23.7	✓	N.K.	6/17	8:30	6.9	2.9	21.0	20.1	25.7	24.3	✓	M.M	
5/18	8:30	7.6	2.6	21.1	20.0	26.3	23.1	✓	N.K.	6/18										
5/19	8:38	7.8	3.0	21.1	20.0	25.4	22.9	✓	N.K.	6/19										
5/20	8:31	7.5	2.6	21.1	20.1	25.7	23.3	✓	N.K.	6/20	8:32	6.8	2.7	21.1	20.0	26.1	23.8	✓	M.M	
5/21										6/21	8:00	7.6	2.8	21.1	20.0	26.1	24.1	✓	M.M	
5/22										6/22	8:29	6.9	3.0	21.1	20.0	26.0	24.5	✓	M.M	
5/23	8:50	7.4	2.8	21.1	20.0	25.5	23.0	✓	N.K.	6/23	8:29	7.2	3.0	21.1	20.0	26.1	23.4	✓	M.M	
5/24	8:35	7.4	2.2	21.1	20.0	25.6	23.0	✓	N.K.	6/24	8:30	6.8	2.8	21.1	20.0	26.3	24.1	✓	M.M	
5/25	8:31	7.4	2.8	21.1	20.0	25.9	23.6	✓	N.K.	6/25										
5/26	8:36	7.3	2.7	21.1	20.0	26.0	24.2	✓	N.K.	6/26										
5/27	8:34	7.1	2.6	21.2	20.0	26.5	24.0	✓	N.K.	6/27	8:33	7.0	2.8	21.1	20.0	26.1	23.3	✓	M.M	
5/28										6/28	8:30	7.1	2.9	21.1	20.1	25.6	23.7	✓	M.M	
5/29										6/29	8:33	6.9	2.7	21.1	20.1	25.9	23.9	✓	M.M	
5/30	8:35	7.3	2.1	21.1	20.0	26.1	24.0	✓	N.K.	6/30	8:40	6.9	3.1	21.1	20.1	26.2	24.1	✓	M.M	
5/31	8:32	7.2	2.2	21.1	20.0	25.9	23.8	✓	N.K.											

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707
低温インキュベーター:00504706

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無				確認者	記録日	確認時刻	異常の有無				確認者
		冷蔵庫	(無)	有					冷蔵庫	(無)	有		
5/6	8:40	冷蔵庫	(無)	有	N.K.	6/2	8:30	冷蔵庫	(無)	有	M.M		
	8:41	低温インキュベーター	(無)	有			低温インキュベーター	(無)	有				