

治験薬温度管理記録

2022年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
9/1	8:40	7.2	2.6	21.1	20.0	25.3	23.0	✓	N.K
9/2	8:35	7.2	3.0	21.1	20.0	24.9	23.0	✓	N.K
9/3									
9/4									
9/5	8:44	7.5	2.7	21.1	20.0	25.0	22.8	✓	N.K
9/6	8:37	7.4	2.4	21.1	20.0	25.1	23.3	✓	N.K
9/7	8:30	7.6	2.3	21.1	20.0	25.2	23.1	✓	N.K
9/8	8:34	7.5	2.8	21.1	20.0	24.2	23.2	✓	N.K
9/9	8:32	7.5	2.4	21.1	20.0	25.2	22.9	✓	N.K
9/10									
9/11									
9/12	9:20	7.5	2.4	21.1	20.0	24.9	22.3	✓	N.K
9/13	8:35	7.4	2.4	21.2	20.0	25.8	23.9	✓	N.K
9/14	8:44	7.5	2.8	21.1	20.0	25.6	23.7	✓	N.K
9/15	8:32	7.5	2.9	21.1	20.0	25.5	23.8	✓	N.K
9/16	8:33	7.3	2.6	21.1	20.0	25.7	23.1	✓	N.K
9/17									
9/18									
9/19									
9/20	8:37	7.4	2.2	21.1	20.0	25.3	22.3	✓	N.K
9/21	8:38	7.5	2.8	21.1	20.0	24.7	23.0	✓	N.K
9/22	8:42	7.6	2.7	21.1	20.1	24.1	22.8	✓	N.K
9/23									
9/24									
9/25									
9/26	8:34	7.4	2.1	21.1	20.0	25.2	22.4	✓	N.K
9/27	8:35	7.5	2.6	21.1	20.0	24.7	23.4	✓	N.K
9/28	8:36	7.5	2.9	21.1	20.0	24.8	23.2	✓	N.K
9/29	8:35	7.5	2.9	21.1	20.1	25.1	23.2	✓	N.K
9/30	8:37	7.7	2.6	21.1	20.1	25.0	23.4	✓	N.K

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
10/1									
10/2									
10/3	8:35	7.7	3.1	21.1	20.1	24.7	22.5	✓	M.M
10/4	8:35	7.7	3.1	21.1	20.1	24.7	23.0	✓	M.M
10/5	8:35	7.8	3.2	21.1	20.1	25.0	23.2	✓	M.M
10/6	8:32	7.5	2.5	21.1	20.1	24.8	22.6	✓	M.M
10/7	8:31	7.2	2.9	21.1	20.1	24.9	22.5	✓	M.M
10/8									
10/9									
10/10									
10/11	8:33	7.6	2.1	21.1	20.1	24.9	22.3	✓	M.M
10/12	8:32	7.4	2.6	21.1	20.1	24.6	23.0	✓	M.M
10/13	8:34	7.3	2.7	21.1	20.1	24.9	22.8	✓	M.M
10/14	8:29	7.3	2.2	21.1	20.1	24.8	22.9	✓	M.M
10/15									
10/16									
10/17	8:35	7.4	2.1	21.1	20.1	25.1	23.0	✓	M.M
10/18	8:28	7.3	2.7	21.1	20.1	24.9	23.1	✓	N.K
10/19	8:38	7.3	2.7	21.1	20.1	25.9	23.2	✓	M.M
10/20	8:40	7.5	3.0	21.1	20.1	25.2	23.3	✓	M.M
10/21	8:38	7.5	2.3	21.1	20.1	25.7	23.3	✓	M.M
10/22									
10/23									
10/24	8:33	7.3	2.6	21.2	20.1	26.5	23.2	✓	M.M
10/25	8:36	7.3	2.9	21.1	20.1	25.9	24.3	✓	M.M
10/26	8:32	7.4	2.8	21.1	20.1	26.1	23.0	✓	M.M
10/27	8:31	7.3	3.0	21.1	20.1	25.9	23.5	✓	M.M
10/28	8:33	7.4	2.3	21.1	20.1	25.3	23.5	✓	M.M
10/29									
10/30									
10/31	8:36	7.8	2.6	21.2	20.1	26.0	23.6	✓	M.M

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707
低温インキュベーター:00504706

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
9/1	8:35	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:36	低温インキュベーター	(無)	有	

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
10/7	13:30	冷蔵庫	(無)	有	M.M
	13:33	低温インキュベーター	(無)	有	