

治験薬温度管理記録

2022年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
11/1	8:34	7.4	2.6	21.1	20.3	26.3	23.6	✓	N.K
11/2	8:50	7.3	2.1	21.1	20.3	26.4	23.4	✓	N.K
11/3									
11/4	8:43	7.3	2.5	21.1	20.3	25.5	23.3	✓	N.K
11/5									
11/6									
11/7	8:31	7.4	2.3	21.1	20.3	26.1	23.8	✓	N.K
11/8	8:34	7.4	2.5	21.1	20.3	26.0	24.0	✓	N.K
11/9	8:33	7.4	2.3	21.1	20.2	26.2	23.0	✓	N.K
11/10	8:37	7.4	2.5	21.1	20.3	26.0	23.7	✓	N.K
11/11	8:35	7.4	2.6	21.2	20.3	26.8	24.0	✓	N.K
11/12									
11/13									
11/14	9:11	7.7	2.9	21.2	20.3	26.2	23.8	✓	N.K
11/15	8:46	7.4	2.8	21.1	20.3	26.1	24.1	✓	N.K
11/16	8:38	7.3	2.6	21.1	20.4	26.3	24.7	✓	N.K
11/17	8:34	7.4	3.0	21.1	20.3	26.3	24.8	✓	N.K
11/18	8:32	7.3	2.8	21.1	20.2	26.2	24.3	✓	N.K
11/19									
11/20									
11/21	8:51	7.5	2.8	21.2	20.3	26.3	23.3	✓	N.K
11/22	8:38	7.4	2.8	21.2	20.3	26.0	23.5	✓	N.K
11/23									
11/24	8:37	7.4	2.7	21.1	20.2	25.6	22.4	✓	N.K
11/25	8:36	7.5	3.2	21.1	20.2	24.7	23.2	✓	N.K
11/26									
11/27									
11/28	8:37	7.4	2.8	21.2	20.3	26.0	23.0	✓	N.K
11/29	8:33	7.3	3.0	21.2	20.3	26.7	24.0	✓	N.K
11/30	8:43	7.1	3.8	21.2	20.2	26.9	22.8	✓	N.K

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
12/1	8:34	7.6	2.8	21.1	20.3	25.5	24.0	✓	M.M
12/2	8:33	7.7	2.8	21.1	20.2	25.9	24.1	✓	M.M
12/3									
12/4									
12/5	8:10	7.8	2.9	21.2	20.2	25.7	23.0	✓	M.M
12/6	8:29	7.8	3.0	21.1	20.2	24.8	23.0	✓	M.M
12/7	8:33	7.7	2.6	21.0	20.2	24.6	22.3	✓	M.M
12/8	8:37	7.7	2.9	21.0	20.2	24.5	22.8	✓	M.M
12/9	8:10	7.6	2.7	21.2	20.2	26.5	23.7	✓	M.M
12/10									
12/11									
12/12	8:32	7.6	2.6	21.1	20.2	26.4	22.5	✓	M.M
12/13	8:32	7.6	2.6	21.0	20.2	24.2	22.7	✓	M.M
12/14	8:35	7.5	2.8	21.0	20.2	24.5	23.3	✓	M.M
12/15	8:36	7.6	2.6	21.0	20.2	24.7	22.3	✓	M.M
12/16	8:32	7.6	2.6	21.0	20.2	24.7	22.7	✓	M.M
12/17									
12/18									
12/19	8:30	7.6	2.1	21.0	20.2	24.5	22.3	✓	M.M
12/20	8:32	7.6	2.4	21.0	20.3	24.7	23.0	✓	M.M
12/21	8:35	7.7	2.8	21.0	20.2	24.1	22.5	✓	M.M
12/22	8:43	7.5	2.4	21.0	20.2	24.6	23.0	✓	M.M
12/23	8:30	7.4	2.6	21.0	20.2	25.5	23.0	✓	M.M
12/24									
12/25									
12/26	8:20	7.2	2.4	21.1	20.2	25.9	22.7	✓	M.M
12/27	8:30	7.3	3.0	21.0	20.2	24.4	22.3	✓	M.M
12/28	8:33	7.3	3.1	21.0	20.1	24.7	23.2	✓	M.M
12/29									
12/30									
12/31									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

低温インキュベーター:00504706

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041
 外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
11/1	8:36	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:38	低温インキュベーター	(無)	有	

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
12/2	13:30	冷蔵庫	(無)	有	M.M
	13:33	低温インキュベーター	(無)	有	