

# 治験薬温度管理記録

2023年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
3/1	8:43	7.3	2.8	21.1	20.2	25.8	23.8	✓	N.K	4/1									
3/2	8:30	7.2	2.7	21.1	20.2	25.8	24.1	✓	M.M	4/2									
3/3	9:20	7.3	3.1	21.1	20.2	25.6	23.1	✓	N.K	4/3	8:34	7.4	2.3	21.1	20.2	25.3	22.8	✓	N.K
3/4										4/4	8:30	7.4	2.7	21.1	20.2	24.5	23.3	✓	N.K
3/5										4/5	8:38	7.4	2.9	21.1	20.2	25.0	22.6	✓	N.K
3/6	8:40	7.3	3.1	21.2	20.2	26.2	23.2	✓	N.K	4/6	8:37	7.3	2.4	21.1	20.2	25.4	22.8	✓	N.K
3/7	8:36	7.6	2.9	21.1	20.2	25.7	24.1	✓	N.K	4/7	8:40	7.2	2.5	21.1	20.2	25.8	23.1	✓	N.K
3/8	8:42	7.5	2.9	21.1	20.2	26.2	23.5	✓	N.K	4/8									
3/9	8:40	7.4	2.8	21.1	20.1	26.2	22.7	✓	N.K	4/9									
3/10	8:30	7.5	2.8	21.1	20.2	25.4	23.4	✓	M.M	4/10	8:34	7.4	2.3	21.1	20.1	25.4	22.1	✓	M.M
3/11										4/11	8:31	7.4	2.7	21.0	20.2	24.8	22.9	✓	M.M
3/12										4/12	8:32	7.6	2.8	21.1	20.2	25.2	23.4	✓	M.M
3/13	8:40	7.6	2.8	21.1	20.1	25.9	22.6	✓	N.K	4/13	8:30	7.4	2.7	21.1	20.1	26.0	22.5	✓	M.M
3/14	8:32	7.6	2.8	21.1	20.1	25.2	22.4	✓	N.K	4/14	8:29	7.3	2.8	21.1	20.2	24.8	23.1	✓	M.M
3/15	8:31	7.6	2.6	21.1	20.2	25.7	23.4	✓	N.K	4/15									
3/16	8:38	7.5	2.5	21.0	20.2	25.1	23.4	✓	N.K	4/16									
3/17	8:43	7.5	2.5	21.0	20.1	24.8	22.4	✓	N.K	4/17	8:32	7.2	2.7	21.1	20.1	27.0	22.2	✓	M.M
3/18										4/18	8:35	7.3	3.1	21.0	20.2	24.6	22.8	✓	M.M
3/19										4/19	8:32	7.1	2.8	21.0	20.1	25.1	23.7	✓	M.M
3/20	8:39	7.3	2.1	21.1	20.1	25.3	22.4	✓	N.K	4/20	8:34	7.0	2.6	21.1	20.2	25.5	23.8	✓	Y.M
3/21										4/21	8:35	7.0	2.9	21.1	20.1	25.8	23.7	✓	N.K
3/22	8:37	7.0	2.7	21.1	20.2	25.5	23.7	✓	N.K	4/22									
3/23	8:35	6.8	2.4	21.1	20.2	27.0	24.3	✓	N.K	4/23									
3/24	8:40	6.9	2.1	21.1	20.2	26.7	24.6	✓	M.M	4/24	8:28	7.3	2.8	21.1	20.1	25.3	22.4	✓	M.M
3/25										4/25	8:36	7.6	2.5	21.0	20.1	25.0	23.0	✓	M.M
3/26										4/26	8:30	7.4	2.7	21.0	20.1	24.7	23.1	✓	M.M
3/27	8:47	7.1	2.4	21.1	20.1	25.4	22.4	✓	N.K	4/27	8:34	7.3	2.8	21.1	20.1	25.5	23.6	✓	M.M
3/28	8:48	7.3	2.1	21.1	20.1	24.9	23.2	✓	N.K	4/28	8:31	7.3	2.9	21.0	20.1	24.8	23.1	✓	M.M
3/29	8:51	7.4	2.2	21.1	20.2	24.9	23.1	✓	N.K	4/29									
3/30	8:35	7.3	2.3	21.1	20.2	24.9	23.0	✓	M.M	4/30									
3/31	8:47	7.3	2.3	21.0	20.1	24.6	22.7	✓	N.K										

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707

\* 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

低温インキュベーター:00504706

\* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

\* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

## 治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041  
 外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者	記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
3/1	8:45	冷蔵庫	(無)	有	N.K	4/3	8:42	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:46	低温インキュベーター	(無)	有			8:43	低温インキュベーター	(無)	有	