

治験薬温度管理記録

2023年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
7/1									
7/2									
7/3	8:39	7.5	2.1	21.1	19.9	25.7	22.0	✓	N.K
7/4	8:38	7.4	2.4	21.1	20.0	25.0	23.0	✓	N.K
7/5	8:44	7.3	2.2	21.1	20.0	25.0	23.1	✓	N.K
7/6	8:45	7.6	2.1	21.1	20.0	25.6	22.6	✓	N.K
7/7	8:35	7.2	2.1	21.0	20.1	24.9	22.8	✓	N.K
7/8									
7/9									
7/10	8:30	7.6	2.4	21.1	20.0	25.1	22.3	✓	N.K
7/11	8:35	7.5	2.5	21.0	20.0	24.8	23.0	✓	N.K
7/12	8:31	7.2	2.6	21.0	20.0	24.7	23.0	✓	N.K
7/13	8:30	7.2	2.1	21.0	20.0	25.1	22.5	✓	N.K
7/14	8:32	7.3	2.1	21.1	20.0	25.3	23.0	✓	N.K
7/15									
7/16									
7/17									
7/18	8:35	7.4	2.1	21.0	20.0	24.7	22.9	✓	N.K
7/19	8:29	7.3	2.3	21.1	20.0	25.8	22.6	✓	N.K
7/20	8:30	7.3	2.1	21.0	20.0	24.8	22.7	✓	N.K
7/21	8:55	7.3	2.2	21.1	20.0	25.4	22.7	✓	N.K
7/22									
7/23									
7/24	8:33	7.1	2.7	21.1	20.1	25.3	22.9	✓	N.K
7/25	8:28	7.0	3.0	21.1	20.0	25.4	23.4	✓	N.K
7/26	8:30	7.2	2.8	21.1	20.0	25.6	24.0	✓	N.K
7/27	8:31	7.2	2.5	21.1	20.0	25.4	23.5	✓	N.K
7/28	8:24	7.3	3.1	21.1	20.0	26.0	23.0	✓	N.K
7/29									
7/30									
7/31	8:43	7.3	2.5	21.1	20.0	25.6	22.8	✓	N.K

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者
		最高 8/ Y.M	最低	最高	最低	最高	最低		
8/1	8:27	7.9	2.9	21.1	20.0	26.5	23.6	✓	Y.M
8/2	8:32	7.2	3.0	20.5	20.0	25.2	23.3	✓	Y.M
8/3	8:30	7.1	2.8	21.1	20.0	25.2	23.5	✓	Y.M
8/4	8:45	7.2	2.6	21.1	20.0	25.5	22.6	✓	Y.M
8/5									
8/6									
8/7	8:33	7.1	2.7	21.1	20.0	25.2	22.4	✓	Y.M
8/8	8:30	7.1	2.5	21.0	20.1	25.0	22.9	✓	Y.M
8/9	8:34	7.2	2.3	21.1	20.1	25.2	23.1	✓	Y.M
8/10	8:29	7.1	2.7	21.1	20.1	24.9	23.4	✓	Y.M
8/11									
8/12									
8/13									
8/14	8:29	7.2	2.3	21.1	20.0	25.2	22.6	✓	Y.M
8/15	8:32	7.2	2.6	21.0	20.1	24.7	22.7	✓	Y.M
8/16	8:36	7.1	2.6	21.1	20.1	24.7	23.2	✓	Y.M
8/17	8:36	7.2	2.8	21.0	20.1	24.6	22.8	✓	Y.M
8/18	8:30	7.2	2.9	21.0	20.0	24.9	22.7	✓	Y.M
8/19									
8/20									
8/21	8:35	7.2	3.1	21.1	20.0	24.7	22.1	✓	Y.M
8/22	8:34	7.1	3.3	21.1	20.0	25.4	23.4	✓	Y.M
8/23	8:40	7.1	3.3	21.1	20.0	25.8	23.9	✓	Y.M
8/24	8:30	7.2	3.3	21.1	20.0	25.0	22.2	✓	Y.M
8/25	8:34	7.2	3.0	21.1	20.0	24.9	23.2	✓	Y.M
8/26									
8/27									
8/28	8:33	7.2	2.9	21.1	20.0	25.0	22.7	✓	Y.M
8/29	8:36	7.1	3.2	21.1	20.0	24.9	23.3	✓	Y.M
8/30	8:38	7.1	3.2	21.1	20.1	24.7	22.9	✓	Y.M
8/31	8:34	7.1	3.4	21.0	20.0	24.8	22.9	✓	Y.M

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707
低温インキュベーター:00504706

* 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
		冷蔵庫	低温インキュベーター		
7/3	8:42	(無)	(有)		N.K
	8:45	(無)	(有)		

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
		冷蔵庫	低温インキュベーター		
8/1	8:30	(無)	(有)		Y.M
	8:32	(無)	(有)		