

治験薬温度管理記録

2023年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
9/1	8:29	7.1	3.3	21.0	20.6	24.6	23.1	✓	M.M	10/1									
9/2										10/2	8:34	6.9	3.6	21.0	20.0	24.5	21.7	✓	N.K
9/3										10/3	8:31	7.0	3.9	21.0	19.9	24.0	22.1	✓	N.K
9/4	8:31	7.1	3.2	21.0	20.0	24.6	22.1	✓	M.M	10/4	8:29	7.0	3.8	21.0	20.0	24.8	23.3	✓	N.K
9/5	8:28	7.1	3.5	21.0	20.0	24.9	22.4	✓	M.M	10/5	8:30	6.9	3.6	21.0	20.0	24.9	22.7	✓	N.K
9/6	8:27	7.0	3.3	21.0	20.0	24.8	23.2	✓	M.M	10/6	8:35	7.0	3.6	21.0	20.0	24.5	22.3	✓	N.K
9/7	9:03	7.1	3.5	21.0	20.1	24.4	23.0	✓	M.M	10/7									
9/8	8:32	7.1	3.3	21.0	20.1	24.6	22.9	✓	M.M	10/8									
9/9										10/9									
9/10										10/10	8:45	7.1	3.3	21.0	20.1	24.3	21.8	✓	N.K
9/11	8:27	7.1	2.9	21.0	20.0	24.8	22.8	✓	M.M	10/11	8:31	6.6	3.4	21.1	20.1	25.1	22.5	✓	N.K
9/12	8:33	7.0	2.8	21.1	20.0	25.0	23.5	✓	M.M	10/12	8:35	6.7	3.3	21.1	20.1	24.5	22.4	✓	N.K
9/13	8:27	7.0	3.2	21.0	20.0	25.1	23.1	✓	M.M	10/13	8:33	6.5	4.1	21.1	20.1	24.7	22.5	✓	N.K
9/14	8:26	7.0	3.1	21.0	20.0	24.9	23.1	✓	M.M	10/14									
9/15	8:32	7.1	2.9	21.0	20.0	24.7	23.2	✓	M.M	10/15									
9/16										10/16	8:35	6.4	3.1	21.1	20.1	24.6	22.0	✓	N.K
9/17										10/17	8:37	6.3	3.3	21.1	20.1	25.4	22.8	✓	N.K
9/18										10/18	8:36	6.4	3.1	21.1	20.1	25.5	23.0	✓	N.K
9/19	8:34	7.6	4.0	21.0	20.0	24.8	22.0	✓	N.K	10/19	8:33	6.3	3.5	21.1	20.1	25.5	23.2	✓	N.K
9/20	8:46	7.3	4.3	21.0	20.0	24.6	23.0	✓	N.K	10/20	8:31	6.2	3.4	21.1	20.1	25.7	22.5	✓	Y.M
9/21	8:27	7.5	4.0	21.0	20.0	24.8	22.7	✓	M.M	10/21									
9/22	8:28	7.5	4.3	21.0	20.0	24.6	23.0	✓	M.M	10/22									
9/23										10/23	8:34	6.4	2.6	21.1	20.1	25.0	22.2	✓	Y.M
9/24										10/24	8:35	6.3	3.2	21.1	20.1	24.6	22.7	✓	N.K
9/25	8:28	7.5	4.1	21.0	20.0	24.4	22.2	✓	M.M	10/25	8:43	6.3	3.3	21.1	20.1	24.5	22.2	✓	N.K
9/26	8:27	7.5	4.1	21.0	20.0	24.5	22.7	✓	M.M	10/26	8:30	6.2	3.6	21.1	20.2	24.9	23.2	✓	N.K
9/27	8:28	7.2	3.8	21.0	20.0	24.2	23.0	✓	M.M	10/27	8:35	6.2	3.3	21.1	20.1	24.9	22.8	✓	N.K
9/28	8:28	6.9	3.7	21.0	20.0	25.1	22.4	✓	M.M	10/28									
9/29	8:32	6.9	3.4	21.0	20.0	24.5	22.6	✓	N.K	10/29									
9/30										10/30	8:34	6.5	2.7	21.1	20.1	25.2	22.3	✓	N.K
										10/31	8:38	6.4	3.1	21.1	20.1	25.8	23.6	✓	N.K

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707
低温インキュベーター:00504706

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無				確認者	記録日	確認時刻	異常の有無				確認者
9/8	13:30	冷蔵庫	(無)	有		M.M	10/2	8:38	冷蔵庫	(無)	有		N.K
	13:32	低温インキュベーター	(無)	有				8:40	低温インキュベーター	(無)	有		