

治験薬温度管理記録

2023年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
11/1	8:30	6.4	3.4	21.1	20.2	26.3	23.8	✓	Y.M	12/1	8:00	7.4	3.7	21.1	20.3	24.6	23.0	✓	M.M
11/2	8:31	7.1	3.2	21.1	20.2	25.7	23.8	✓	Y.M	12/2									
11/3										12/3									
11/4										12/4	8:27	7.1	3.5	21.1	20.2	24.6	22.7	✓	M.M
11/5										12/5	8:33	7.0	3.5	21.1	20.2	24.5	22.2	✓	M.M
11/6	8:32	7.3	3.0	21.2	20.2	26.7	23.4	✓	Y.M	12/6	8:26	6.9	3.3	21.1	20.3	24.6	22.9	✓	M.M
11/7	8:32	6.5	2.5	21.2	20.1	26.3	23.9	✓	Y.M	12/7	8:50	6.9	3.1	21.1	20.3	25.6	23.3	✓	N.K
11/8	8:35	6.7	2.9	21.1	20.1	25.8	22.6	✓	Y.M	12/8	8:28	7.0	3.4	21.2	20.3	25.4	23.3	✓	M.M
11/9	8:39	6.7	3.0	21.1	20.2	25.2	23.5	✓	Y.M	12/9									
11/10	8:29	6.7	2.7	21.1	20.2	25.5	23.6	✓	Y.M	12/10									
11/11										12/11	8:25	7.5	2.6	21.1	20.2	24.6	22.3	✓	M.M
11/12										12/12	8:25	7.1	3.6	21.2	20.3	25.3	22.9	✓	M.M
11/13	8:35	6.9	3.2	21.1	20.2	25.7	22.2	✓	Y.M	12/13	8:25	7.1	3.8	21.2	20.3	25.1	23.0	✓	M.M
11/14	8:34	7.0	3.3	21.1	20.3	24.7	23.1	✓	Y.M	12/14	8:23	7.2	3.9	21.1	20.3	24.5	22.7	✓	M.M
11/15	8:40	7.0	3.0	21.2	20.2	25.1	22.6	✓	Y.M	12/15	8:41	7.6	3.7	21.2	20.3	25.4	23.2	✓	N.K
11/16	8:31	7.4	3.1	21.1	20.3	24.7	23.0	✓	N.K	12/16									
11/17	8:48	7.2	3.2	21.1	20.3	24.9	22.8	✓	Y.M	12/17									
11/18										12/18	8:29	7.1	3.2	21.2	20.3	25.2	22.4	✓	M.M
11/19										12/19	8:33	7.3	4.0	21.2	20.3	25.1	22.6	✓	N.K
11/20	8:30	6.9	3.0	21.2	20.2	25.9	22.9	✓	Y.M	12/20	8:45	7.2	3.7	21.2	20.3	25.4	22.9	✓	N.K
11/21	8:33	7.3	3.9	21.1	20.2	24.7	22.5	✓	Y.M	12/21	8:25	7.2	3.8	21.1	20.3	25.0	23.3	✓	M.M
11/22	8:29	7.3	3.5	21.1	20.3	24.7	22.9	✓	Y.M	12/22	8:25	7.2	3.7	21.2	20.4	25.1	24.0	✓	M.M
11/23										12/23									
11/24	8:37	7.5	3.3	21.2	20.2	25.3	22.6	✓	Y.M	12/24									
11/25										12/25	8:24	7.2	2.9	21.2	20.2	25.8	21.8	✓	M.M
11/26										12/26	8:23	7.1	2.6	21.1	20.3	24.5	22.8	✓	M.M
11/27	8:30	7.1	3.4	21.2	20.3	25.2	22.4	✓	Y.M	12/27	8:23	6.9	2.5	21.1	20.2	24.4	22.0	✓	M.M
11/28	8:34	7.1	2.9	21.1	20.3	24.9	23.1	✓	N.K	12/28	8:27	6.9	2.1	21.2	20.3	24.8	22.3	✓	M.M
11/29	8:35	7.1	3.5	21.2	20.3	25.4	22.9	✓	Y.M	12/29									
11/30	8:35	7.1	3.7	21.1	20.2	24.6	22.6	✓	Y.M	12/30									
										12/31									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫: 00504705 室温: 00504707
低温インキュベーター: 00504706

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター: FMU-4041
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無		確認者	記録日	確認時刻	異常の有無		確認者
11/1	8:32	冷蔵庫	(無) 有	Y.M	12/8	13:20	冷蔵庫	(無) (有)	M.M
	8:32	低温インキュベーター	(無) 有			13:25	低温インキュベーター	(無) 有	