

治験薬温度管理記録

2024年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2〜8℃)		低温インキュベーター		室温(1〜30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
3/1	8:28	6.8	2.6	21.2	20.4	26.3	24.9	✓	M.M
3/2									
3/3									
3/4	8:31	7.2	2.2	21.2	20.3	26.3	24.3	✓	M.M
3/5	8:25	6.7	2.6	21.2	20.4	25.8	24.6	✓	M.M
3/6	8:42	6.7	2.5	21.2	20.4	26.2	25.0	✓	M.M
3/7	8:24	6.7	2.5	21.2	20.4	26.0	24.8	✓	M.M
3/8	8:32	6.7	2.4	21.2	20.4	26.1	24.4	✓	N.K
3/9									
3/10									
3/11	8:31	6.9	2.1	21.2	20.4	26.0	24.1	✓	N.K
3/12	8:34	7.2	2.8	21.2	20.4	26.9	25.0	✓	N.K
3/13	8:29	6.7	2.5	21.2	20.4	26.3	24.5	✓	M.M
3/14	8:23	6.8	2.5	21.2	20.4	26.3	24.9	✓	M.M
3/15	8:25	6.8	2.4	21.2	20.4	26.2	24.8	✓	M.M
3/16									
3/17									
3/18	8:33	6.7	2.1	21.2	20.4	26.4	24.4	✓	M.M
3/19	8:40	6.8	2.0	21.2	20.5	26.0	24.7	✓	N.K
3/20									
3/21	8:26	7.1	2.1	21.2	20.5	26.2	24.7	✓	M.M
3/22	8:32	6.7	2.6	21.2	20.5	26.3	24.7	✓	N.K
3/23									
3/24									
3/25	8:33	6.7	2.1	21.2	20.5	26.8	24.8	✓	M.M
3/26	8:26	6.6	2.6	21.2	20.5	26.2	25.0	✓	M.M
3/27	8:33	6.8	2.1	21.2	20.5	26.5	24.9	✓	M.M
3/28	8:26	6.8	2.6	21.2	20.3	26.4	24.6	✓	M.M
3/29	8:34	6.6	2.7	21.1	20.3	26.0	24.4	✓	M.M
3/30									
3/31									

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2〜8℃)		低温インキュベーター		室温(1〜30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
4/1	8:35	6.6	2.2	21.2	20.3	26.7	24.7	✓	N.K
4/2	8:34	6.6	2.5	21.1	20.4	26.6	25.1	✓	N.K
4/3	8:36	6.5	2.7	21.2	20.4	27.3	25.3	✓	N.K
4/4	8:30	6.5	2.1	21.2	20.3	27.1	25.4	✓	N.K
4/5	9:00	6.7	2.0	21.2	20.4	26.9	25.6	✓	N.K
4/6									
4/7									
4/8	8:38	6.9	2.0	21.2	20.3	27.1	24.6	✓	N.K
4/9	8:30	6.8	2.4	21.2	20.4	27.0	25.3	✓	N.K
4/10	8:32	7.3	2.4	21.2	20.4	26.8	25.2	✓	N.K
4/11	8:33	7.4	2.3	21.2	20.4	26.8	25.0	✓	N.K
4/12	8:32	7.4	2.6	21.2	20.4	26.8	24.9	✓	N.K
4/13									
4/14									
4/15	8:38	7.7	2.2	21.2	20.6	27.8	24.9	✓	N.K
4/16	8:28	6.8	2.4	21.2	20.4	27.2	24.9	✓	Y.M
4/17	8:44	6.8	2.0	21.2	20.4	26.8	25.3	✓	N.K
4/18	8:34	7.0	2.3	21.2	20.4	26.8	25.4	✓	N.K
4/19	8:35	6.7	2.1	21.2	20.4	26.7	25.8	✓	N.K
4/20									
4/21									
4/22	8:29	7.0	2.1	21.2	20.4	26.7	24.8	✓	N.K
4/23	8:28	6.7	2.0	21.2	20.5	26.6	25.5	✓	N.K
4/24	8:29	6.7	2.1	21.2	20.5	26.4	25.3	✓	N.K
4/25	8:31	6.9	2.2	21.2	20.5	26.7	25.3	✓	N.K
4/26	8:29	6.9	2.3	21.2	20.2	26.3	25.3	✓	N.K
4/27									
4/28									
4/29									
4/30	8:33	7.0	2.0	21.1	20.2	26.9	25.0	✓	N.K

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:00504705 室温:00504707

※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

低温インキュベーター:00504706

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
3/8	8:35	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:36	低温インキュベーター	(無)	有	

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
4/1	8:39	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:41	低温インキュベーター	(無)	有	