

治験薬温度管理記録

2024年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
5/1	8:30	6.8	2.2	21.2	20.2	27.1	25.1	✓	Y.M
5/2	8:28	7.4	2.2	21.2	20.2	26.4	24.7	✓	Y.M
5/3									
5/4									
5/5									
5/6									
5/7	8:29	7.0	2.1	21.2	20.2	26.6	24.5	✓	Y.M
5/8	8:34	6.9	2.0	21.2	20.2	26.6	24.8	✓	N.K
5/9	8:35	7.3	2.6	21.1	20.2	26.6	24.8	✓	Y.M
5/10	8:32	7.0	2.7	21.1	20.2	26.4	24.7	✓	Y.M
5/11									
5/12									
5/13	8:31	7.1	2.1	21.2	20.2	26.7	24.8	✓	Y.M
5/14	8:31	7.4	2.3	21.1	20.2	26.2	25.2	✓	Y.M
5/15	8:36	7.4	2.1	21.1	20.2	26.5	25.4	✓	Y.M
5/16	8:36	7.4	2.6	21.1	20.2	26.8	25.5	✓	Y.M
5/17	8:41	7.6	2.5	21.1	20.2	26.8	25.5	✓	N.K
5/18									
5/19									
5/20	8:30	7.5	2.5	21.1	20.2	26.3	24.6	✓	Y.M
5/21	8:34	7.1	2.7	21.1	20.2	26.8	25.4	✓	Y.M
5/22	8:29	7.1	2.7	21.2	20.2	26.8	25.1	✓	Y.M
5/23	8:32	7.2	2.4	21.2	20.3	26.5	25.5	✓	Y.M
5/24	8:30	7.0	2.5	21.2	20.2	27.0	25.1	✓	Y.M
5/25									
5/26									
5/27	8:40	7.1	2.0	22.5	20.2	26.6	24.6	✓	Y.M
5/28	8:29	6.9	2.1	21.2	20.2	26.4	25.2	✓	Y.M
5/29	8:28	7.7	2.4	21.1	20.3	26.4	25.5	✓	Y.M
5/30	8:32	7.1	2.4	21.1	20.2	26.9	25.2	✓	Y.M
5/31	8:40	7.1	2.0	21.1	20.2	26.1	24.9	✓	Y.M
6/1									
6/2									
6/3	8:30	7.3	2.4	20.7	19.4	26.1	24.2	✓	M.M
6/4	8:36	7.5	2.1	20.7	19.5	25.8	24.7	✓	M.M
6/5	8:31	7.2	2.4	20.7	19.5	25.9	25.0	✓	M.M
6/6	8:28	7.2	2.5	20.7	19.5	26.0	24.7	✓	M.M
6/7	8:33	7.1	2.6	20.8	19.5	26.2	25.0	✓	M.M
6/8									
6/9									
6/10	8:27	7.3	2.1	20.8	19.4	26.2	24.3	✓	M.M
6/11	8:37	7.2	2.1	20.8	19.5	26.1	24.7	✓	M.M
6/12	8:27	7.1	2.1	20.8	19.5	26.5	24.4	✓	M.M
6/13	8:31	7.1	2.1	20.7	19.5	26.3	25.1	✓	M.M
6/14	8:40	7.1	2.1	20.9	19.5	26.5	24.7	✓	N.K
6/15									
6/16									
6/17	8:30	7.9	2.2	22.1	19.5	26.9	24.8	✓	M.M
6/18	8:36	7.0	2.1	22.1	19.4	26.6	24.9	✓	M.M
6/19	8:32	7.0	2.3	22.0	19.5	26.6	25.1	✓	M.M
6/20	8:31	7.0	2.3	20.7	19.5	26.6	25.2	✓	M.M
6/21	8:36	6.9	2.3	20.7	19.5	26.6	25.4	✓	M.M
6/22									
6/23									
6/24	8:27	7.3	2.1	22.1	19.5	26.8	24.7	✓	M.M
6/25	8:25	7.2	2.0	20.8	19.5	26.6	25.3	✓	M.M
6/26	8:29	7.6	3.1	22.0	19.5	26.8	25.3	✓	M.M
6/27	8:27	7.1	3.2	20.7	19.5	26.8	25.6	✓	M.M
6/28	8:37	7.6	2.4	22.0	19.5	26.8	25.2	✓	M.M
6/29									
6/30									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる
【温度計 シリアル番号】 2024/05/31まで: 冷蔵庫:00504705、低温インキュベーター:00504706、室温:00504707
2024/06/01以降: 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519
* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する
治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録 Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無		確認者
5/1	8:27	冷蔵庫	(無) 有	Y.M
	8:28	低温インキュベーター	(無) 有	
6/7	14:08	冷蔵庫	(無) 有	M.M
	14:10	低温インキュベーター	(無) 有	