

治験薬温度管理記録

2024年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
7/1	8:35	7.5	2.5	22.1	19.5	26.0	24.8	✓	N.K
7/2	8:41	7.2	2.8	22.0	19.4	26.8	25.3	✓	N.K
7/3	8:28	7.3	2.9	22.0	19.4	27.0	25.2	✓	N.K
7/4	8:29	7.3	3.0	22.0	19.4	27.1	25.4	✓	N.K
7/5	8:45	7.9	2.2	21.7	19.4	26.8	25.0	✓	N.K
7/6									
7/7									
7/8	8:34	7.3	2.0	20.7	19.4	26.8	23.8	✓	N.K
7/9	8:28	7.2	2.7	20.6	19.4	25.9	24.6	✓	N.K
7/10	8:29	7.3	3.3	20.6	19.4	26.3	24.4	✓	N.K
7/11	8:30	7.2	2.3	20.6	19.4	26.2	24.0	✓	N.K
7/12	8:29	7.2	2.8	20.6	19.4	26.3	24.8	✓	N.K
7/13									
7/14									
7/15									
7/16	8:28	7.5	2.5	20.6	19.4	26.5	24.2	✓	N.K
7/17	8:30	7.5	2.8	20.7	19.4	26.4	24.0	✓	N.K
7/18	8:31	7.9	2.5	20.7	19.4	25.9	24.3	✓	N.K
7/19	8:27	7.3	3.0	20.7	19.4	26.4	24.1	✓	N.K
7/20									
7/21									
7/22	8:32	7.8	2.7	20.7	19.4	26.4	24.1	✓	N.K
7/23	8:29	7.5	2.4	20.7	19.4	26.6	24.8	✓	N.K
7/24	8:28	7.2	2.5	20.7	19.4	26.9	24.8	✓	N.K
7/25	8:29	7.9	2.6	20.7	19.4	26.9	24.2	✓	N.K
7/26	8:28	7.7	2.1	20.7	19.4	26.7	25.1	✓	N.K
7/27									
7/28									
7/29	8:32	7.3	2.3	20.7	19.4	26.6	24.1	✓	N.K
7/30	8:31	7.1	2.1	20.7	19.4	26.4	25.1	✓	N.K
7/31	8:36	7.6	2.5	22.0	19.4	26.6	25.0	✓	N.K
8/1	8:32	7.7	2.2	21.9	19.4	26.7	24.2	✓	Y.M
8/2	8:28	7.5	2.4	20.7	19.4	26.6	24.9	✓	Y.M
8/3									
8/4									
8/5	8:42	7.2	2.2	20.7	19.4	26.8	23.8	✓	N.K
8/6	8:28	7.1	2.7	20.7	19.4	26.8	23.8	✓	Y.M
8/7	8:29	7.1	2.0	20.6	19.4	26.1	24.2	✓	Y.M
8/8	8:40	7.1	2.6	20.6	19.4	26.1	24.2	✓	Y.M
8/9	8:29	7.2	2.8	20.7	19.4	26.2	24.5	✓	Y.M
8/10									
8/11									
8/12									
8/13	8:31	7.3	2.7	20.6	19.4	25.8	23.5	✓	Y.M
8/14	8:27	7.3	2.9	20.6	19.4	26.2	24.4	✓	Y.M
8/15	8:32	7.2	2.9	20.7	19.3	26.3	23.8	✓	Y.M
8/16	9:00	7.2	2.8	20.7	19.4	26.2	24.5	✓	Y.M
8/17									
8/18									
8/19	8:37	7.7	2.1	20.7	19.5	25.9	23.6	✓	Y.M
8/20	8:35	7.7	2.1	20.7	19.3	25.9	24.1	✓	Y.M
8/21	8:33	7.6	2.0	20.7	19.3	26.4	24.1	✓	Y.M
8/22	8:34	7.7	2.2	20.7	19.2	26.2	24.6	✓	Y.M
8/23	8:28	7.7	2.2	20.7	19.2	26.5	24.0	✓	Y.M
8/24									
8/25									
8/26	8:30	7.6	2.2	20.7	19.2	26.3	23.6	✓	Y.M
8/27	8:36	7.5	2.6	20.7	19.2	26.4	24.3	✓	Y.M
8/28	8:34	7.3	2.6	20.6	19.2	26.4	24.1	✓	Y.M
8/29	8:38	7.3	2.5	20.7	19.2	26.2	24.3	✓	Y.M
8/30	8:32	7.2	2.7	20.6	19.3	25.9	24.4	✓	Y.M
8/31									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫: 10416516、低温インキュベーター: 10416517、室温: 10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録 Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター: FMU-404I

外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
7/1	8:40	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:42	低温インキュベーター	(無)	有	
8/1	8:35	冷蔵庫	(無)	有	Y.M
	8:37	低温インキュベーター	(無)	有	