

治験薬温度管理記録

2024年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
11/1	8:33	7.4	2.6	20.6	19.2	25.8	24.1	✓	N.K
11/2									
11/3									
11/4									
11/5	8:34	7.6	2.4	20.6	19.2	25.9	23.4	✓	N.K
11/6	8:30	7.3	2.6	20.6	19.2	25.6	24.0	✓	N.K
11/7	8:28	7.8	2.4	20.6	19.1	26.1	24.2	✓	N.K
11/8	8:35	7.5	2.6	20.6	19.2	26.3	23.7	✓	N.K
11/9									
11/10									
11/11	8:28	7.4	2.4	20.6	19.1	26.3	23.5	✓	N.K
11/12	8:35	7.4	2.6	20.5	19.1	25.9	24.2	✓	N.K
11/13	8:30	7.3	2.6	20.6	19.2	26.2	24.5	✓	N.K
11/14	8:25	7.3	2.7	20.6	19.1	26.5	24.2	✓	N.K
11/15	8:31	7.7	2.7	20.6	19.2	26.5	24.5	✓	N.K
11/16									
11/17									
11/18	8:30	7.3	2.4	20.5	19.1	25.9	24.0	✓	N.K
11/19	8:29	7.4	3.0	20.5	19.1	25.9	24.1	✓	N.K
11/20	8:31	7.4	3.2	20.5	19.1	25.9	24.5	✓	N.K
11/21	8:31	7.3	2.9	20.5	19.1	26.4	24.7	✓	N.K
11/22	8:28	7.4	2.8	20.6	19.1	26.3	24.1	✓	N.K
11/23									
11/24									
11/25	8:29	7.5	2.5	20.6	19.0	26.4	23.5	✓	N.K
11/26	8:30	7.5	3.0	20.5	19.1	26.4	23.5	✓	N.K
11/27	8:34	7.2	2.8	20.6	19.0	26.0	24.5	✓	N.K
11/28	8:32	7.2	2.8	20.5	19.1	25.9	24.3	✓	N.K
11/29	8:29	7.1	2.9	20.6	19.1	25.8	24.5	✓	N.K
11/30									
12/1									
12/2	8:31	7.7	2.8	20.5	19.0	25.9	23.7	✓	Y.M
12/3	8:33	7.2	2.5	20.5	19.0	26.0	24.1	✓	Y.M
12/4	8:31	7.3	2.6	20.5	19.0	26.0	24.4	✓	Y.M
12/5	8:32	7.2	2.8	20.5	19.0	25.9	23.9	✓	Y.M
12/6	8:27	7.2	2.7	20.5	19.1	26.0	24.6	✓	Y.M
12/7									
12/8									
12/9	8:29	7.4	2.4	20.5	19.0	26.2	23.4	✓	Y.M
12/10	8:27	7.4	2.4	20.5	19.0	25.7	23.7	✓	Y.M
12/11	8:34	7.3	2.9	20.5	19.0	26.0	24.0	✓	Y.M
12/12	8:29	7.3	2.4	20.5	19.0	25.5	24.0	✓	Y.M
12/13	8:29	7.8	2.9	20.5	19.0	25.5	24.1	✓	Y.M
12/14									
12/15									
12/16	8:34	7.8	2.4	20.5	19.0	25.4	23.3	✓	Y.M
12/17	8:28	7.3	2.8	20.5	19.1	25.3	24.1	✓	Y.M
12/18	8:27	7.4	2.6	20.5	19.1	25.5	24.2	✓	Y.M
12/19	8:28	7.6	3.1	20.5	19.0	25.6	23.9	✓	Y.M
12/20	8:36	7.5	3.0	20.5	19.1	25.8	24.1	✓	Y.M
12/21									
12/22									
12/23	8:31	7.5	2.7	20.5	19.0	25.9	23.6	✓	N.K
12/24	8:29	7.6	2.7	20.5	19.1	25.5	24.0	✓	N.K
12/25	8:32	7.5	3.1	20.5	19.0	26.0	23.7	✓	N.K
12/26	8:28	7.8	3.1	20.5	19.0	25.5	24.4	✓	N.K
12/27	8:29	7.4	2.9	20.5	19.1	25.8	24.4	✓	N.K
12/28									
12/29									
12/30									
12/31									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる
【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する
治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録 Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
11/1	8:35	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:37	低温インキュベーター	(無)	有	
12/2	8:32	冷蔵庫	(無)	有	Y.M
	8:34	低温インキュベーター	(無)	有	