

治験薬温度管理記録

2025年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
1/1										2/1									
1/2										2/2									
1/3										2/3	8:36	7.6	2.6	20.5	19.1	25.4	23.8	✓	Y.H
1/4										2/4	8:35	7.3	2.3	20.5	19.1	25.8	23.7	✓	Y.M
1/5										2/5	8:42	7.4	2.5	21.9	19.2	27.0	25.5	✓	Y.M
1/6	8:31	7.7	2.5	20.5	19.0	25.8	23.3	✓	N.K	2/6	8:30	7.3	2.7	22.0	19.3	27.1	25.7	✓	Y.M
1/7	8:25	7.8	2.9	20.5	19.0	25.7	23.7	✓	N.K	2/7	8:30	7.4	2.6	22.0	19.3	27.2	24.2	✓	Y.M
1/8	8:32	7.4	2.9	20.5	19.1	25.5	24.2	✓	N.K	2/8									
1/9	8:30	7.6	2.9	20.5	19.1	25.7	24.5	✓	N.K	2/9									
1/10	8:31	7.4	2.9	20.5	19.2	26.7	24.5	✓	N.K	2/10	8:31	7.6	2.1	20.7	19.2	26.3	24.0	✓	N.K
1/11										2/11									
1/12										2/12	8:30	7.7	2.4	20.6	19.6	25.5	23.5	✓	Y.M
1/13										2/13	8:26	7.6	2.5	20.6	19.5	25.5	23.5	✓	Y.M
1/14	8:32	7.5	2.3	20.5	19.0	26.7	23.7	✓	N.K	2/14	8:32	7.6	2.4	20.6	19.6	25.4	23.9	✓	Y.M
1/15	8:28	7.4	2.3	20.5	19.0	25.5	23.6	✓	N.K	2/15									
1/16	8:36	7.8	2.9	20.5	19.1	25.4	23.3	✓	N.K	2/16									
1/17	8:30	7.4	2.9	20.5	19.1	25.3	23.2	✓	N.K	2/17	8:31	7.6	2.5	20.5	19.2	25.3	23.4	✓	Y.M
1/18										2/18	8:28	7.5	2.8	20.5	19.3	25.6	23.8	✓	Y.M
1/19										2/19	8:40	7.6	2.3	20.5	19.4	26.1	23.9	✓	Y.M
1/20	8:33	7.6	2.6	20.5	19.0	25.5	23.6	✓	N.K	2/20	8:41	7.4	2.0	20.5	19.4	26.5	25.1	✓	Y.M
1/21	8:29	7.5	2.7	20.5	19.0	25.7	24.0	✓	N.K	2/21	8:33	7.5	2.1	20.4	19.1	26.5	23.6	✓	N.K
1/22	8:28	7.5	2.9	20.5	19.0	25.8	24.1	✓	N.K	2/22									
1/23	8:28	7.6	2.7	20.5	19.0	25.8	23.5	✓	N.K	2/23									
1/24	8:32	7.5	3.1	20.5	19.0	26.0	24.3	✓	N.K	2/24									
1/25										2/25	8:26	7.5	2.1	20.9	19.1	26.5	23.4	✓	Y.M
1/26										2/26	8:29	7.6	2.0	20.4	19.2	26.0	23.9	✓	Y.M
1/27	8:34	7.6	3.0	20.5	19.0	26.0	23.8	✓	N.K	2/27	8:28	7.5	2.4	20.4	19.3	25.5	23.6	✓	Y.M
1/28	8:29	7.3	3.0	20.5	19.1	26.0	23.7	✓	N.K	2/28	8:26	7.4	2.1	20.4	19.1	25.3	23.9	✓	Y.M
1/29	8:35	7.4	2.5	20.5	19.1	25.6	23.5	✓	N.K										
1/30	8:28	7.6	2.4	20.5	19.2	25.4	23.8	✓	N.K										
1/31	8:29	7.7	2.9	20.5	19.2	25.2	23.7	✓	N.K										

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる
【温度計 シリアル番号】 2024/05/31まで: 冷蔵庫:00504705、低温インキュベーター:00504706、室温:00504707
2024/06/01以降: 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519
* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する
治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録 Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回):

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者	記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
1/6	8:34	冷蔵庫	(無)	有	N.K	2/3	8:37	冷蔵庫	(無)	有	Y.M
	8:35	低温インキュベーター	(無)	有			8:38	低温インキュベーター	(無)	有	