

2025年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低	✓	
3/1									
3/2									
3/3	8:29	7.4	2.8	20.4	19.0	25.6	23.9	✓	N.K
3/4	8:30	7.4	3.0	20.4	19.1	25.6	24.2	✓	N.K
3/5	8:44	7.4	2.2	20.4	19.1	25.7	24.2	✓	N.K
3/6	8:35	7.6	2.5	20.4	19.1	25.9	24.5	✓	N.K
3/7	8:50	7.5	2.5	20.4	19.1	25.7	24.1	✓	N.K
3/8									
3/9									
3/10	8:33	7.5	2.4	20.4	19.1	25.7	23.5	✓	N.K
3/11	8:29	7.5	2.7	20.3	19.1	25.7	24.2	✓	N.K
3/12	8:30	7.6	2.6	20.4	19.1	25.7	23.7	✓	N.K
3/13	8:41	7.3	2.4	20.4	19.1	25.8	23.7	✓	N.K
3/14	8:29	7.8	2.4	20.4	19.1	25.9	24.2	✓	N.K
3/15									
3/16									
3/17	8:28	7.6	2.3	20.7	19.1	25.8	24.0	✓	N.K
3/18	8:31	7.2	2.2	20.4	19.1	26.3	24.4	✓	N.K
3/19	8:28	7.2	2.2	20.8	19.1	26.4	24.9	✓	N.K
3/20									
3/21	8:29	7.3	2.3	20.4	19.1	26.6	24.1	✓	N.K
3/22									
3/23									
3/24	8:31	7.2	2.5	20.4	19.1	26.0	23.6	✓	N.K
3/25	8:27	7.1	2.6	20.4	19.1	26.1	24.6	✓	N.K
3/26	8:34	7.3	2.4	21.0	19.1	26.6	24.5	✓	N.K
3/27	8:38	7.3	2.2	20.4	19.1	26.6	24.5	✓	Y.M
3/28	8:27	7.4	2.7	20.8	19.0	26.5	24.9	✓	N.K
3/29									
3/30									
3/31	8:35	7.4	2.3	20.4	19.1	26.4	24.0	✓	Y.M

[illegible]

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-404I
 外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
3/3	8:34	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:35	低温11℃パーター	(無)	有	

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
4/1	8:34	冷蔵庫	(無)	有	Y.M
	8:35	低温11.1℃ - 7℃	(無)	有	