

治験薬温度管理記録

2025年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※ ✓	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
7/1	8:30	7.0	3.5	20.5	19.5	26.6	24.0	✓	Y.M
7/2	8:34	6.9	3.5	21.0	19.6	26.6	24.0	✓	Y.M
7/3	8:35	7.1	3.5	20.8	19.5	26.5	24.9	✓	Y.M
7/4	8:28	7.1	3.8	21.8	19.5	26.5	24.7	✓	Y.M
7/5									
7/6									
7/7	8:36	7.1	3.1	21.8	19.5	26.6	24.0	✓	Y.M
7/8	8:27	7.0	2.8	21.8	19.5	26.6	24.0	✓	Y.M
7/9	8:31	7.0	2.9	20.5	19.5	26.5	24.5	✓	Y.M
7/10	8:30	7.0	3.4	20.5	19.5	26.4	24.9	✓	Y.M
7/11	8:35	7.0	3.2	20.5	19.5	26.5	24.6	✓	Y.M
7/12									
7/13									
7/14	8:28	7.1	3.0	20.5	19.5	26.2	23.8	✓	Y.M
7/15	8:30	7.0	3.4	20.5	19.3	26.0	24.0	✓	Y.M
7/16	8:31	7.1	3.4	20.5	19.5	26.1	24.6	✓	Y.M
7/17	8:37	7.1	3.6	20.5	19.5	26.4	24.1	✓	Y.M
7/18	8:52	7.1	3.1	20.5	19.5	26.4	24.8	✓	Y.M
7/19									
7/20									
7/21									
7/22	8:34	7.2	3.4	20.5	19.5	26.3	24.0	✓	Y.M
7/23	8:29	7.1	3.4	21.8	19.5	26.4	24.0	✓	Y.M
7/24	8:35	7.1	3.8	21.8	19.5	26.4	24.8	✓	Y.M
7/25	8:29	7.2	3.3	21.8	19.5	26.6	24.6	✓	N.K
7/26									
7/27									
7/28	8:28	7.1	3.3	21.8	19.5	26.7	24.3	✓	Y.M
7/29	8:30	7.0	3.1	21.8	19.5	26.7	24.3	✓	Y.M
7/30	8:28	7.3	3.6	21.8	19.5	26.5	24.9	✓	Y.M
7/31	8:35	7.0	3.5	21.9	19.5	26.8	24.2	✓	Y.M
8/1	8:27	7.0	3.5	21.8	19.6	26.7	24.7	✓	Y.Y
8/2									
8/3									
8/4	8:35	7.1	3.0	20.5	19.5	26.2	23.6	✓	Y.Y
8/5	8:30	7.1	3.5	20.5	19.5	26.4	23.5	✓	Y.Y
8/6	8:31	7.1	3.4	21.8	19.6	26.5	23.6	✓	Y.M
8/7	8:35	7.1	3.6	21.8	19.6	26.5	24.9	✓	Y.M
8/8	8:28	7.1	3.5	21.8	19.6	26.7	24.7	✓	Y.Y
8/9									
8/10									
8/11									
8/12	10:00	7.2	3.4	21.8	19.5	26.5	23.5	✓	Y.Y
8/13	8:35	7.3	3.6	20.5	19.5	26.2	24.6	✓	Y.Y
8/14	8:28	7.3	3.7	20.5	19.5	26.2	24.0	✓	Y.Y
8/15	7:53	7.3	3.8	20.5	19.5	26.3	24.5	✓	Y.Y
8/16									
8/17									
8/18	12:30	7.8	2.1	20.5	19.4	26.2	23.5	✓	N.K
8/19	10:00	7.0	3.1	20.5	19.5	25.9	24.6	✓	Y.Y
8/20	8:37	6.9	3.6	20.5	19.5	26.2	24.7	✓	Y.Y
8/21	8:39	6.8	3.6	21.8	19.7	26.4	24.6	✓	Y.Y
8/22	8:29	6.8	3.5	21.8	19.6	26.4	24.7	✓	Y.Y
8/23									
8/24									
8/25	8:30	6.9	3.0	20.8	19.2	26.2	24.4	✓	Y.Y
8/26	8:33	6.9	3.2	21.9	19.3	26.3	24.9	✓	Y.Y
8/27	8:37	6.8	3.2	22.0	19.3	26.1	25.2	✓	Y.Y
8/28	8:35	6.9	3.1	21.9	19.3	26.3	24.8	✓	Y.Y
8/29	8:25	7.0	3.3	21.9	19.3	26.3	24.7	✓	Y.Y
8/30									
8/31									

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる
【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫: 10416516、低温インキュベーター: 10416517、室温: 10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録 Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター: FMU-404I
外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
7/14	8:31	冷蔵庫	(無)	有	Y.M
	8:32	低温インキュベーター	(無)	有	

* 7/1 8:31, Y.M

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
8/1	8:30	冷蔵庫	(無)	有	Y.Y
	8:30	低温インキュベーター	(無)	有	