

治験薬温度管理記録

2025年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低		
9/1	8:30	7.0	2.9	20.7	19.3	26.1	23.8	✓	N.K
9/2	8:28	6.9	2.9	22.0	19.3	26.4	24.6	✓	N.K
9/3	8:45	6.9	3.4	22.0	19.3	26.2	23.9	✓	N.K
9/4	8:30	6.9	3.6	20.7	19.3	26.2	23.9	✓	N.K
9/5	8:29	6.8	3.4	20.6	19.3	26.2	23.9	✓	N.K
9/6									
9/7									
9/8	8:45	7.0	2.7	21.9	19.3	26.2	23.9	✓	N.K
9/9	8:31	7.0	2.8	20.6	19.3	26.2	23.4	✓	N.K
9/10	8:30	6.9	3.5	20.7	19.2	26.0	23.7	✓	N.K
9/11	8:29	7.0	3.3	20.7	19.2	25.9	24.4	✓	N.K
9/12	8:35	7.1	3.4	20.7	19.3	26.1	24.3	✓	N.K
9/13									
9/14									
9/15									
9/16	8:38	7.1	3.1	20.7	19.2	26.1	23.6	✓	N.K
9/17	8:39	7.1	2.6	20.7	19.3	26.1	23.6	✓	N.K
9/18	8:32	7.1	2.6	20.7	19.2	26.0	24.0	✓	N.K
9/19	8:31	7.1	3.3	20.7	19.2	26.1	24.4	✓	N.K
9/20									
9/21									
9/22	8:29	7.2	3.3	20.7	19.2	26.1	23.7	✓	N.K
9/23									
9/24	8:30	7.1	2.5	20.6	19.2	26.1	23.7	✓	N.K
9/25	8:25	7.0	3.5	20.7	19.2	26.2	24.6	✓	N.K
9/26	8:35	7.0	3.1	20.7	19.2	26.1	23.7	✓	N.K
9/27									
9/28									
9/29	8:36	7.0	3.0	20.6	19.3	26.1	23.5	✓	N.K
9/30	8:34	7.0	3.2	20.6	19.3	25.9	23.6	✓	N.K
10/1	8:27	6.9	2.9	20.8	19.2	26.0	23.0	✓	Y.M
10/2	8:28	6.9	2.9	20.7	19.2	26.2	24.6	✓	Y.M
10/3	8:27	7.0	3.2	20.7	19.2	26.1	23.8	✓	Y.M
10/4									
10/5									
10/6	8:36	7.1	3.1	20.6	19.2	25.8	23.9	✓	Y.M
10/7	8:27	7.0	3.3	20.6	19.2	25.6	23.8	✓	Y.M
10/8	8:29	7.0	3.1	20.6	19.1	26.1	24.7	✓	Y.M
10/9	8:27	7.1	3.1	20.6	19.3	25.7	24.1	✓	Y.M
10/10	8:28	7.0	3.4	20.7	19.3	26.0	24.6	✓	Y.M
10/11									
10/12									
10/13									
10/14	8:29	7.0	3.2	20.7	19.2	26.2	23.8	✓	Y.M
10/15	8:30	7.0	2.7	20.7	19.2	26.1	24.8	✓	Y.M
10/16	8:28	7.0	2.6	20.6	19.2	26.1	24.5	✓	Y.M
10/17	8:27	7.0	3.1	21.9	19.2	26.4	24.6	✓	Y.M
10/18									
10/19									
10/20	8:30	7.1	3.5	20.7	19.2	26.1	23.5	✓	Y.M
10/21	8:29	7.1	3.7	20.6	19.2	26.1	23.5	✓	Y.M
10/22	8:27	7.1	2.9	20.6	19.3	25.7	23.7	✓	Y.M
10/23	8:27	7.2	3.8	20.6	19.3	25.6	24.2	✓	Y.Y
10/24	8:28	7.1	3.0	20.7	19.3	25.9	24.6	✓	Y.M
10/25									
10/26									
10/27	8:28	7.4	3.6	21.1	19.3	26.4	23.9	✓	Y.M
10/28	8:27	7.4	4.1	22.0	19.3	26.8	24.4	✓	Y.M
10/29	8:30	7.4	3.9	20.6	19.4	26.0	24.2	✓	Y.M
10/30	8:27	7.5	4.2	20.6	19.3	25.8	24.6	✓	Y.M
10/31	8:28	7.4	4.3	20.7	19.4	26.2	24.8	✓	Y.M

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

【温度計 シリアル番号】 2024/05/31まで: 冷蔵庫:00504705、低温インキュベーター:00504706、室温:00504707

2024/06/01以降: 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。 * 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041

外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
9/1	8:35	冷蔵庫	(無)	有	N.K
	8:37	低温インキュベーター	(無)	有	
10/1	8:27	冷蔵庫	(無)	有	Y.M
	8:29	低温インキュベーター	(無)	有	