

治験薬温度管理記録

2026年

記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者	記録日	確認時刻	冷蔵庫(2~8℃)		低温インキュベーター		室温(1~30℃)		※	確認者
		最高	最低	最高	最低	最高	最低					最高	最低	最高	最低	最高	最低		
1/1										2/1									
1/2										2/2	8:18	6.8	3.2	20.3	19.6	23.9	21.7	✓	Y.Y
1/3										2/3	8:28	6.8	3.2	20.5	19.4	23.9	21.7	✓	Y.Y
1/4										2/4	8:29	6.8	3.2	20.5	19.4	24.1	22.2	✓	Y.Y
1/5	8:31	6.8	2.1	20.4	19.6	25.1	21.1	✓	Y.M	2/5	8:29	6.7	3.1	20.5	19.5	24.1	22.3	✓	Y.Y
1/6	8:30	6.6	2.7	20.3	19.6	25.1	21.1	✓	Y.M	2/6	8:30	6.5	2.8	20.5	19.4	24.0	22.6	✓	Y.Y
1/7	8:31	6.6	2.8	20.3	19.6	23.5	22.2	✓	Y.M	2/7									
1/8	8:31	6.6	2.7	20.3	19.5	23.5	22.8	✓	Y.M	2/8									
1/9	8:33	6.6	2.8	20.3	19.6	23.8	22.4	✓	Y.M	2/9									
1/10										2/10									
1/11										2/11									
1/12										2/12									
1/13	8:32	6.6	2.6	20.4	19.6	23.5	22.3	✓	Y.M	2/13									
1/14	8:37	6.4	2.8	20.3	19.6	23.9	22.3	✓	Y.M	2/14									
1/15	8:32	6.5	2.9	20.3	19.6	23.8	22.5	✓	Y.M	2/15									
1/16	8:30	6.4	3.1	20.3	19.6	23.8	22.5	✓	Y.M	2/16									
1/17										2/17									
1/18										2/18									
1/19	8:29	6.5	3.2	20.3	19.6	23.8	21.9	✓	Y.M	2/19									
1/20	8:35	6.5	3.0	20.3	19.6	23.7	22.4	✓	Y.M	2/20									
1/21	8:27	6.5	2.7	20.4	19.6	24.7	22.8	✓	Y.M	2/21									
1/22	8:52	6.4	2.8	20.4	19.6	25.5	23.0	✓	Y.M	2/22									
1/23	8:28	6.6	2.9	20.4	19.6	25.1	22.6	✓	Y.M	2/23									
1/24										2/24									
1/25										2/25									
1/26	8:30	6.9	3.1	20.3	19.5	23.3	20.2	✓	Y.M	2/26									
1/27	8:32	6.8	3.3	20.3	19.5	22.9	21.3	✓	N.K	2/27									
1/28	8:29	6.8	3.1	20.3	19.6	23.6	21.3	✓	Y.M	2/28									
1/29	8:31	6.8	2.7	20.4	19.6	23.7	22.1	✓	Y.M										
1/30	8:30	6.8	3.1	20.3	19.5	23.9	21.8	✓	Y.M										
1/31																			

【医療機関名】島根大学医学部附属病院 【保管場所】薬剤部調剤室 ※ 温度データロガーについて、目視確認後、温度逸脱がなければ✓を入れる

【温度計 シリアル番号】 冷蔵庫:10416516、低温インキュベーター:10416517、室温:10416519

* 温度の記録後、必ず温度計をリセットする。

* 土・日曜日、祝日、連休中の記録は、翌営業日にそれまでの期間の最高温度と最低温度を記録する

治験薬冷蔵庫・低温インキュベーター点検記録

Identifier No.: 冷蔵庫MPR-504(H)/030083、低温インキュベーター:FMU-4041
 外観・内部の異常、異音・異臭、設定温度の変更等、異常の有無を確認(月1回)

記録日	確認時刻	異常の有無			確認者	記録日	確認時刻	異常の有無			確認者
		冷蔵庫	(無)	有				冷蔵庫	(無)	有	
1/5	8:33	冷蔵庫	(無)	有	Y.M	2/2	8:30	冷蔵庫	(無)	有	Y.Y
	8:34	低温インキュベーター	(無)	有			8:30	低温インキュベーター	(無)	有	